

Szydłowiec, dnia 23.06.2020 r.

Znak postępowania: RI.272.27.2020

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego w postępowaniu pn. „Zakup karetki dla zespołu ratownictwa medycznego stacjonującego w Szydłowcu, ul. Staszica 4” prowadzonym przez Powiat Szydłowiecki pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Dotyczy nosze główne:

1. W związku z tym że, Zamawiający w opisie noszy wskazał jednoznacznie jeden model noszy jednego producenta, tj. firmę Stryker model M1, co powoduje brak możliwości złożenia oferty z innym, równoważnym produktem i sprzeciwia się zasadom uczciwej konkurencji, równego traktowania podmiotów i niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu Zamówienia i stanowi naruszenie artykułów:
 - art. nr 7 ust. 1 oraz nr 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez określenie przedmiotu Zamówienia w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców ubiegających się o udzielenie Zamówienia publicznego
 - art. 29 ust. 1,2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez określenie przedmiotu Zamówienia w sposób mogący utrudniać uczciwą konkurencję
 - art. 30 ust 1 i 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez określenie przedmiotu Zamówienia za pomocą nieobiektywnych i ograniczających uczciwą konkurencję funkcjonalności a nie za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących zharmonizowane europejskie normy

Z tego powodu żądamy dopuszczenia noszy firmy Mediol model Clinic Extero zgodnych z najnowszymi zharmonizowanymi normami PN-EN 1789+A1:2011 i PN-EN 1865-1+A1:2015, będącym produktem równoważnym, w wielu parametrach przewyższającym wskazane przez Zamawiającego nosze reanimacyjne Stryker M1.

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami SIWZ, Załącznik Nr 7 do SIWZ- Zamawiający dostarczy nosze główne z transporterem i elementem zakotwiczenia. Po stronie Dostawcy będzie zamontowanie dostarczonych noszy do podstawy (ławety).

Dotyczy Aparat do Mechanicznej kompresji klatki piersiowej:

1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej o takiej konstrukcji bez konieczności stosowania osobnej stabilizacji głowy, z mocowaniem rąk pacjenta wzdłuż osi, spełniające pozostałe wymagania OPZ?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający informuje, że zapytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki