

WYKONAWCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy:

zapytania cenowego nr DPS.IV.2711.3.2020z dnia 25.11.2020r. na zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej i wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach w związku ze złożonymi zapytaniami z dnia 27.11.2020 roku tj.:

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt: mobilna lampa dezynfekcyjna (do dezynfekcji bez obecności ludzi) o następujących parametrach:

- Mobilna oprawa oświetleniowa oparta na jezdnej podstawie, do ekspresowej dezynfekcji bezpośredniej pomieszczeń za pomocą promieniowana ultrafioletowego UV-C.
- Krótki czas działania dzięki bezpośredniemu naswietlaniu, bezpieczna i łatwa w obsłudze.
- Przeznaczona do szybkiej i efektywnej dezynfekcji pomieszczeń użyteczności publicznej i wyposażenia.
- Dzięki dużej dawce promieniowania UV-C i krótkiemu czasowi dezynfekcji, nadaje się do stosowania w przerwach pomiędzy wizytami kolejnych osób.
- Czas dezynfekcji programowany fabrycznie na podstawie kubatury i parametrów pomieszczenia lub odległości od odkażanej powierzchni.
- Trzy predefiniowane ustawienia wybierane intuicyjnym przełącznikiem.
- Programator czasowy zapewniający bezpieczeństwo obsługi:
- - odlicza 30 sekund od załączenia zasilania, umożliwiając bezpieczne opuszczenie pomieszczenia przez obsługę
- Źródło światła: Świetlówka UV-C (4szt.):
 - - Długość fali dominującej UV-C: 254 nm;
 - - Gniazdo: G13;
 - - Trzonek: T8

udziela odpowiedzi następującej treści:

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach opisał przedmiot zamówienia w załączniku nr 1-9 – formularz ofertowy do w/w zapytania cenowego.

Przenośna lampa dezynfekcyjna powinna spełniać następujące wymagania:

Przenośna lampa przepływowa biobójcza UVC dezynfekująca w obecności ludzi.

Cechy produktu: lampa przepływowa biobójcza powinna spełniać następujące wymagania:

- cel stosowania: skuteczna dezynfekcja powietrza (nawet w obecności pacjentów i personelu),
- sposób działania polegający na wymuszonym obiegu powietrza przez komorę dezynfekcyjną
- napięcie zasilania: 230V/50 Hz,
- trwałość promiennika: min.: 8000 h,
- dezynfekowana kubatura min 30 m³/h,
- zasięg działania lampy: min
- 10 m²,
- na statywie lub stojaku – możliwość przemieszczania.
- instrukcja obsługi w języku polskim.
- gwarancja 24 miesiące
- certyfikat CE

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt: stacjonarna automatyczna bezdotykowa stacja do dezynfekcji dłoni?

udziela odpowiedzi następującej treści:

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach opisał przedmiot zamówienia w załączniku nr 1-12 – formularz ofertowy do w/w zapytania cenowego.

Stacja do dezynfekcji rąk powinna spełniać następujące wymagania:

Wolnostojąca mobilna bezdotykowa stacja do dezynfekcji rąk:

- Elementy stalowe
- Dozowanie płynu za pomocą przycisku nożnego
- Dźwignia nożna wykonana ze stali nierdzewnej
- Łatwe uzupełnianie płynu (poprzez napełnienie zbiornika)
- Dysza dozująca preparat w konsystencji płynnej
- Zbiornik na płyn dezynfekujący o pojemności 5 l zamykany zamkiem
- Wydajność : ok 6000 naciśnieć.

Z upoważnienia

Kierownika Jednostki
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Wasik
(-) Anna Wasik